




## FLUXOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE PCR COM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) EM PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID



### CONCEITOS IMPORTANTES

- Mediante indicação do choque, antes de apertar o botão manter-se afastado da vítima e os demais em uma distância segura.
- Não colocar sobre dispositivo de marcapasso implantado.
- Verificar se a vítima não está molhada, caso esteja, é importante secá-la antes. Não use DEA em água.
- Retirar acessórios de metal antes de usar o desfibrilador.
- Na ausência de pás pediátricas, recomenda-se o uso de pás de adulto em quadros de PCR pediátrica, desde que sejam posicionadas da maneira adequada no tórax do paciente, GARANTINDO QUE UMA NÃO ENCONSTE NA OUTRA.
- Não utilizar equipamento em vítima consciente.